



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Zadavatel:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Hlavní 130, Řež,
250 68 Husinec
IČO 61389005

Pověřená osoba:

HOLEC, ZUSKA & Partneri, sdružení advokátů
Palác Anděl, Radlická 1c/3185
150 00 Praha 5

Vysvětlení zadávací dokumentace V. dle § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

V Praze dne 12. listopadu 2018

Veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Objekt 231 – Přístavba, nástavba a stavební úpravy“, ev. č. Z2018-035416.

Úplné znění dotazu č. 1:

Při prohlídce staveniště nám bylo řečeno, že při realizaci díla nejsou přípustné žádné otřesy a vibrace, a to z důvodu technologického vybavení současných provozů a jejich seřízení. Jelikož nástavba má být založena na mikropilotách, není podle nás možné tento požadavek dodržet. Žádáme tedy buď o změnu řešení založení stavby, a nebo o úpravu zadávacích podmínek tak, aby z nich bylo zřejmé, že na stavbě se mohou vyskytovat otřesy a veškeré problémy, které tím vzniknou současným provozům nebudou k tíži zhotovitele a případné nové seřízení technologie si zadavatel zajistí na své náklady sám.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že při realizaci díla je přípustný běžný rozsah otřesů a vibrací předpokládaný na základě postupů v projektové dokumentaci, s ohledem na sousedící provozy TR-24 a Tandetron by však doba jejich trvání i intenzita měly být omezeny na nejnižší možnou míru a v případě možnosti zvoleny šetrnější technologie nebo zařízení. V průběhu prohlídky místa plnění byly pouze ukázány tyto provozy, nebyly jakkoliv modifikovány zadávací podmínky.

Úplné znění dotazu č. 2:

Jaký systém Měření a regulace máme uvažovat v cenové nabídce? Předpokládáme, že bude muset být stejný jako ve stávající budově.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel k dotazu uvádí, že systém Měření a regulace je definován v zadávací dokumentaci. Informace v zadávací dokumentaci jsou v tomto směru platné.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Úplné znění dotazu č. 3:

Ve skladbě Pmp je betonová mazanina tl. 50 mm vyztužená KARI sítí pr. 6 mm. Při této tloušťce mazaniny a průměru sítě nebude dodrženo krytí výztuže. Žádáme o revizi PD tak, aby se dala tato skladba realizovat a nést za ní záruku.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel k dotazu uvádí, že dodavatel má postupovat dle zadávací dokumentace a dodržet technické řešení obsažené v projektové dokumentaci.

S pozdravem

HOLEC, ZUSKA & Partneři

Mgr. Karel Masopust

i.s. JUDr. Karel Zuska