

Příloha č. 1 Měřič dávkového příkonu

Zadavatel stanovuje tyto minimální požadavky:

Měřič dávkového příkonu a povrchové kontaminace pro záření alfa, beta, gama a X-ray

Detektor: Geiger-Mullerův počítač,

průměr max. 44mm

Rozsah měření: 0,2 μ Sv/h – 100mSv/h

Rozsah měření (kontaminace): 0 – 500kcps Rozlišení: 0,01 μ Sv/h

Energetický rozsah (s filtrem H*10) : 17keV – 18MeV

+ gama filtr (deep dose equivalent) H*(10)

+ přepravní box

Alarm:

zvuková a světelná signalizace,

vibrace

Hmotnost: max. 300g

Rozměry: max.: 13cm x 7cm x 6cm

Zdroj napájení: AAA baterie

podpis*

Příloha č. 1 Měřič dávkového příkonu

*Svým podpisem dodavatel potvrzuje splnění požadavků